

Odpowiedzi na pytania

dotyczące zapytania ofertowego obejmującego „**Dostawę jednorazowego sprzętu endoskopowego**” ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający złoży zamówienie (faksem na numer: lub pocztą elektroniczną na adres:) na 6 dni robocze (liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) poprzedzające termin dostawy. Za skuteczne złożenie danego zamówienia uznaje się pisemne potwierdzenia odebrania informacji/zamówienia z faksu lub skrzynki e-mail Zamawiającego”?

Odpowiedź brzmí: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 2 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że okres ważności dostarczonego przedmiotu umowy nie będzie krótszy niż – 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego”?

Odpowiedź brzmí: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., Za skuteczne złożenie danej reklamacji uznaje się przesłanie przez Wykonawcę potwierdzenia odbioru pisma reklamacji drogą fax-em bądź e-mail. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi na faks nr lub via e-mail na adres:, w ciągu 7 dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od jej złożenia. Brak rozpatrzenia danej reklamacji w wyżej wyznaczonym terminie lub brak uzasadnionej, obiektywnej przyczyny do jej odrzucenia, uznaje się za uznanie danej reklamacji w całości za zasadną. Wykonawca winien dokonać wymiany towaru wadliwego (jakość) lub uzupełnienia towaru brakującego (ilość) w terminie do 6 dni roboczych od uznania danej reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź brzmí: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca będzie wystawiał fakturę na podstawie dostarczonego każdorazowo towaru”?

Odpowiedź brzmí: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu poprzez dołączenie go niniejszej umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź brzmí: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia tożsamy, co do rodzaju, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia pomocy medycznej przez Zamawiającego, a Wykonawca

zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego...”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 podpunkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., 7% niezrealizowanej wartości umowy - w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 podpunkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto. Jednak nie więcej niż 8% wartości dostawy, której zwłoka dotyczy”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., 0,4% wartości danej dostawy/cząstkowej brutto w przypadku, gdy jakość dostarczonego towaru uniemożliwia jego wykorzystanie”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 podpunkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., 0,4% wartości danej dostawy/cząstkowej brutto - w przypadku dostarczenia towaru w innym asortymencie i ilościach, kara jest naliczana, jeżeli w ramach postępowania reklamacyjnego określonego w § 3 Wykonawca nie dostarczył towaru w prawidłowej ilości i asortymencie”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 podpunkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., 0,3% wartości brutto dostaw zrealizowanych w danym miesiącu w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków określonych w § 4”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 podpunkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., 1% ceny brutto dostaw zrealizowanych w danym miesiącu w przypadku, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę sposobu i terminu wystawiania faktur, o którym mowa w § 5 ust. 2”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ustalone ilości towaru określone niniejszą umową stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ograniczenie zapotrzebowania może obejmować nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy wyszczególnionego w załączniku nr”

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla Zamawiającego zmianą Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź też w przypadku naruszenia istotnych postanowień umownych w szczególności: ...”?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 16

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?

Odpowiedź brzmi: *Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Wzór umowy - §5 ust.5: „W przypadku braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu produktu wyszczególnionego w załączniku nr do niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia go odpowiednikiem pod warunkiem, że parametry nowego produktu spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego lub będą lepsze i w cenie nie wyższej niż w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udokumentować i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające ofertowany zamiennik do obrotu i używania zgodnie aktualnymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz materiały informacyjne potwierdzające spełnianie, co najmniej wymagań opisanych przez Zamawiającego. Dostawa zamiennika wymaga zgody Zamawiającego. Dostawa zamiennika nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.”*

Pytanie 17

Dot. poz. 14:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego) z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. Narzędzia 2300 mm ?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 18

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga pętli do polipektomii „cold” z funkcją rotacji?

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 19

Pakiet 1 pozycja 5 (14)

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 3 niezależnych klipsownic hemostatycznych z załadowanymi klipsami, bez konieczności ich ładowania na klipsownicę po każdorazowym zrzuconiu poprzedniego klipsa. Długości ramion 10 mm, średnica osłonki 2.6 mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru Zamawiającego 11 lub 16 mm, stopień zagięcia klipsa 135 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź brzmi: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.*

Pytanie 20

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżki owalne bez kolca, w osłonce, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu końcówka dystalna cewnika z lub bez znaczników długości, średnica 2,3 mm, długość narzędzia 1600, kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm. Op=10 szt.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 21

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżki owalne bez kolca, w osłonce, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu końcówka dystalna cewnika z lub bez znaczników długości, średnica 2,3 mm, długość narzędzia 2300, kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm. Op=10 szt.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 22

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie pętli do polipektomii „cold” jednorazowego użytku, sterylne, pleciona, drut o śr 0.25 mm dla śr otwarcia 10 mm i 15 mm. Narzędzie ze zintegrowanym uchwytem. Długość narzędzia 2300 mm, śr osłonki 2,4 mm. Kompatybilna z kanałem roboczym 2.8 mm. Op=10 szt.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 23

Poz. 14

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie klipsownicy jednorazowej gotowej do użycia, do tamowania krwawień z gotowym załadowanym do użycia klipsem, w zestawie 2 dodatkowe klipsownice zapakowane indywidualnie, sterylne w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów do innego zabiegu. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm, długość narzędzia 2300 mm.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.